

**Dane techniczne analizatora wydechu typu Alkometr A 2.0/04
firmy AWAT**

Zakres pomiarowy:	0 ÷ 3,00 mg/l
Rozdzielczość:	0,01 mg/l
Dopuszczalne błędy pomiarowe:	
dla zakresu 0,05 ÷ 0,40 mg/l	< ± 0,02 mg/l
dla zakresu 0,40 ÷ 1,50 mg/l	± 5%
dla wartości > 1,50 mg/l	± 20 %
dla wartości > 3,00 mg/l	informacja o przepełnieniu zakresu pomiarowego
Czas pomiaru:	ok. 1 min.
Minimalne parametry wydechu	
objętość wydechu:	≥ 1,5 dm ³
czas wydechu:	≥ 3 s
Czas przygotowania do pracy:	15 min.
Temperatura pracy:	0 ÷ 40°C
Zasilanie:	+12 V
Pobór mocy	
maksymalny:	60 W
standardowy:	40 W
Wymiary:	320 x 200 x 160mm
Ciężar:	5 kg