

Dane techniczne Dräger DrugTest 5000

Badany materiał:	Płyn z jamy ustnej
Odczyt wyników:	W oparciu o analizator
Wykrywalne substancje:	Amfetamina (AMP), Benzodiazepiny (BZO), Metamfetamina (MET), Kokaina (COC), Knopie indyjskie (THC), Opiaty (OPI), Ketamina (KET), Metadon (MTD)
Poziom graniczny w ng/ml	
Amfetamina (AMP):	50
Benzodiazepiny (BZO):	15
Metamfetamina (MET):	35
Kokaina (COC):	20
Knopie indyjskie (THC):	5/10/25
Opiaty (OPI):	20
Ketamina (KET):	300
Metadon (MTD):	20
Napięcie robocze:	12V DC (zasilacz)
Wymiary (sz. x wys. x gł.):	200mm x 260mm x 250mm
Waga:	4,5kg
Warunki otoczenia	
Temperatura pracy:	4°C ÷ 40°C
Temperatura magazynowania:	-20°C ÷ 60°C
Wilgotność względna (bez kondensacji):	5% - 95%
Wejścia:	USB Slave, PS/2, optyczne drukarki
Czas pomiaru:	< 9min
Pojemność pamięci:	500 pomiarów
Licencje i normy:	Wyrób medyczny zgodnie z europejską dyrektywą 98/79/WE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Poza Unia Europejską do użytku pozamedycznego (standard) lub sądowego (oznaczenie UKCA)